

令和3年4月20日

## 追加情報の提供について（更新②）

全身用エックス線 CT 撮影装置 2 式売払について、下記の情報を追加で提供いたします。コロナ禍の状況なので、できる限り機器の下見を控えていただき、今回の追加情報により査定いただければ幸いです。

### 1. 現管球のスライス数（時間）及びソフトウェアバージョンについて

|         | <u>時 間</u> | <u>ソフトウェアバージョン</u>                |
|---------|------------|-----------------------------------|
| フィリップス： | 704422 sec | 4.1.7                             |
| GE：     | 308400 sec | 07 MW 11.10_SP4-1-3HP_P_G16_G_HPT |

### 2. 搬出経路について

別添、以前に使用した参考資料「搬出経路」を確認願います。

### 3. 各CTの周辺機器について

各CTともにインジェクターが付いており、撤去対象となります。

### 4. 管球の交換日について

フィリップス：2019年5月20日      GE：2019年5月28日

### 5. Brilliance64 ディテクターの種類について

「TDMS」となります。

### 6. 各CTのワークステーションの有無について

各CTともワークステーション無しとなります。

### 7. Brilliance64 心同期生体モニタの有無について

心同期生体モニタございません。

### 8. 各CTについて、保守が撤去日までであるか

フィリップス：撤去日まで保守あり      GE：撤去日まで保守無し(2021/3/31にて終了)

9. 患者データについて

フィリップス：保守契約の範囲内であるため当院にて消去

GE：撤去時に当院担当者立ち会いの下、撤去業者にて消去をお願いします。

10. CT室入口の寸法について

No10： W 1500mm H 2100mm

No11： W 1500mm H 2100mm

11. 来院時に提出のPCR検査に係る陰性証明について

陰性証明については、医療機関等から通知された「陰性」の旨が記載されているメール内容のコピーでも構いません。

12. 「売払仕様書」内のCT2台、搬出予定時期の変更について

|          | <u>変更前</u>            | <u>変更後</u>             |
|----------|-----------------------|------------------------|
| GE CT    | 2021年5月15日(土), 16日(日) | 同年6月19日(土), 20日(日)の2日間 |
| フィリップスCT | 2021年6月初中旬の週末2日間      | 同年7月17日(土), 18日(日)の2日間 |

※入札公告、仕様書及び入札書等も変更を行っておりますので、ご確認をお願いします。

13. 入札書（第5号様式）の修正について

撤去日の日程を変更しております。また、様式下段に記載の消費税加算の文言が、「100分の8」となっておりましたが、「100分の10」に修正しております。入札時には修正後の第5号様式をご使用ください。

担当：職・氏名：総務課主査 上江洲 健雄  
電 話：098-888-0123  
FAX：098-888-6400  
E-mail：[uezukeny@pref.okinawa.lg.jp](mailto:uezukeny@pref.okinawa.lg.jp)