

## 調達物品に備えるべき技術的要件

(性能、機能に関する要件)

**産婦人科検診台は以下の要件を満たすこと。**

1. 椅子型で且つ回転式であること。
2. 省スペースでも設置が可能な規格のもので、ベース直径寸法が700mm以下であること。
3. 初高が450mm以下であること。
4. 検診位の初高が750mm以下であること。
5. 汚水トレーが電動で且つワンタッチで上下に昇降すること。
6. 検査時には、補助シートが汚れないよう本体内部に収納ができること。
7. 腰部と座面部の2箇所にロールシートを装備できること。
8. 股受け部が電動で開脚でき、且つ両足同時だけでなく片足ずつの電動操作がフットスイッチで行えること。
9. 乗降位から検診位へ移動する際、正面位で一時停止する機能を有すること。
10. 股受け部がフラットなベッド状態の一部となり、安静位が取れる機能を備えていること。
11. フットスイッチはワイヤレス仕様であること。
12. クスコ掛けを4式用意すること。