

調達物品に備えるべき技術的要件

1 基本構成

- 1-1 株式会社アムコ製 トンプソン開創器 1式
- 1-1-1 クロスバー カムⅢジョイント2個付 200mm×400mm T111767 1本
- 1-1-2 QAカムⅡクリップオンハンドル 200mm T111783 4本
- 1-1-3 マリアブル 25mm×203mm T110007 2個
- 1-1-4 マリアブル 51mm×203mm T110009 2個
- 1-1-5 マリアブル 64mm×254mm T110010 1個
- 1-1-6 バルフアー 70mm×76mm T110017 2個
- 1-1-7 バルフアー 83mm×76mm T110018 2個
- 1-1-8 フィンガーマリアブル 152mm T110024 1個
- 1-1-9 バルフアー 51mm×51mm T110037 2個
- 1-1-10 ハリントン 64mm×203mm T110038 1個
- 1-1-11 QAマイクロアジャスタブルⅡクリップオンハンドル254mm T111773 2本
- 1-1-12 エリートⅢレールクランプ 450mm カムジョイント2個付 T111769 2本
- 1-1-13 インstrumentケース 66cm×25cm×13cm T110071 1個
- 1-1-14 マリアブル 38mm×203mm T110080 1個
- 1-1-15 バイラテクロスバーヒンジ 290mm×215mm×290mm T111701 1本
- 1-1-16 アングルアーム 200mm×400mm T110378 2本
- 1-1-17 アングルアーム 200mm×250mm T111132 2本

(性能、機能に関する要件)

2 開創器は以下の要件を満たすこと。

- 1-1 ブレードとハンドルは着脱式であること。また、ブレードの取り付け・交換は、着脱ボタンでワンタッチ固定が出来ること。
- 1-2 ハンドルのヘッド部分を上に40°、下35°に可変させることができ、ブレードの角度調整が可能であること。
- 1-3 ハンドルは牽引の微調整が出来るようにクランク式であること。
- 1-4 支柱の取付は清潔野で術者自ら操作が可能であること。
- 1-5 支柱にはフレームを通すジョイントが2個ついていること。
- 1-6 支柱は全長45cm以上あること。
- 1-7 7つのフレーム辺から臓器の強固な圧排と確実な開創が出来ること。
- 1-8 ハンドルに装着されている全てのブレードは術野に応じて左右に可変が可能であること。

3 設置条件等

- 3-1 本調達物品は、当センターの指定する場所に設置すること。
- 3-2 本調達物品の設置に関し、機器の搬入、据付、調整等は本調達に含むものとする。

4 保守体制等

- 4-1 本調達物品が正常に動作するように、1年間は無償で、定期的に点検及び調整を行うこと。
- 4-2 本調達物品の運用を円滑に実現するための技術的サポート体制が整備されていること。
- 4-3 本調達物品の納入検査確認後1年間は通常の使用により故障した場合の無償修理及び交換に応じること。

5 その他

- 5-1 取扱説明に関する教育訓練は、当センターが指定する日時、場所で行うこと。
- 5-2 本調達物品の操作マニュアルは、日本語版を2部提供すること。