

分娩監視装置

仕様書

令和5年8月

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

1 調達物品名

分娩監視装置 1式

2 納入場所

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター(沖縄県島尻郡南風原町字新川118-1)

3 納入期限

令和5年9月22日

4 搬入設置条件

- ①機器の搬入設置、調整等については、当センターの診療業務に支障をきたさないように当センターと調整を行い、そのスケジュールに従い、完了すること。
- ②搬入設置の際、当センター建物の破損に細心の注意を払うこと。建物等に損傷を与えた場合は、納入者の負担により修復すること。

5 保守体制

- ①障害等発生時において、当院が必要とする速やかな復旧等の対応が可能な体制を有していること。
- ②検収後1年間は、通常の使用により故障した場合、無償修理に応じること。
- ③本機器に必要な部品について安定供給が確保されていること。
- ④メンテナンス体制を明確にすること。特に緊急時のサービス体制については、契約時に資料を添付すること。(連絡網、メンテナンス人員、サービス拠点等)

6 提出書類

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター設備・調達課担当へ以下の書類を2部提出すること。

提出期限 令和5年8月17日 午後5時

- ①薬機法第39条の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業許可を得ている者であることを証明する書類
- ②応札仕様書・カタログ
- ③アフターサービス、メンテナンス体制が整備されていることを証明する書類
- ④その他必要と認めた資料・書類

7 守秘義務

落札者は業務上知り得た病院及び患者の秘密を第三者に漏らしてはならない。

8 その他

本装置導入に係る送料、設置費用、接続費用等は全て入札金額に含むこと。

品名	規格(型番)	メーカー名	数量
分娩監視装置	emona CTG MT-832-S	トーイツ株式会社	1式
(内訳)			
1. 分娩監視装置本体	AA0831 MT-832-S		1式
2. レコーダユニット	GA1283 MP-130		1式
3. 双胎セット MT-610/830用	GA1770		1個
4. MT-830用架台	AA0176 JC-176		1台
5. レコーダユニット取付キット	AA2216 JC-176用		1式
6. バーコードリーダー MT-830用	AA1779		1台
7. バーコードリーダー取付キット	AA2220 JC-176用		1台
8. ゲル取付キット	AA2222 JC-176用		1台
9. 2次コードASSY	JA1559 (RJ45-FAコン/3m)		1本
10. MT-830用Sp02モニタセット	GA1282 (指用リユースフル)		1本
11. 分娩監視装置コードレスシステム MT-830用	AA2215 MT-220		1台
12. MT-220用双胎セット	GA0126		1式
13. MT-220用取付キット	AA2218 JC-176用		1式