

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

「新生児内科 経皮血液ガス分圧モニタ 7台 賃貸借契約」入札に関する質疑応答は以下のとおりです。

No.	質問内容	回答欄
1	今回の入札における、「ラジオメーター製経皮血液ガス分圧モニタ」（以下血ガスモニタ）が、貴病院にすでに導入されている血ガスモニタの保守は、通常の使用により故障した場合、有償修理となっているようですが、今回は無償修理とするのでしょうか。	当院で、現時点で導入されている経皮血液ガス分圧モニタ（以下「血ガスモニタ」と記載します。）の賃貸借契約及び同血ガスモニタの修繕履歴を確認しました。 質問内容のとおり、通常の使用における故障は賃貸借契約とは別途、有償の修繕となっておりましたので、本件についても賃貸借契約に含めず、有償の修理とします。 併せて、入札公告中「07 仕様書」5_保守体制②、及び「08 契約書（案）」第11条（修補義務）を修正します。