

人工呼吸器

仕様書

令和8年1月

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

1 調達物品名

人工呼吸器 1式

2 納入場所

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター(沖縄県島尻郡南風原町字新川118-1)

3 納入期限

令和8年3月31日

4 搬入設置条件

- ①納入期限を遵守すること。
- ②機器の搬入設置、調整等については、当センターの診療業務に支障をきたさないように当センターと調整を行い、そのスケジュールに従い、完了すること。
- ③搬入設置の際、当センター建物の破損に細心の注意を払うこと。建物等に損傷を与えた場合は、納入者の負担により修復すること。

5 保守体制

- ①障害等発生時において、当院が必要とする速やかな復旧等の対応が可能な体制を有していること。
- ②本調達物品が正常に動作するように、1年間は無償で定期的に点検及び調査を行うこと。
- ③検収後1年間は、通常の使用により故障した場合、無償修理に応じること。
- ④導入後、10年間は本機器に必要な部品について安定供給及び修理体制が確保されること。
- ⑤メンテナンス体制を明確にすること。特に緊急時のサービス体制については、契約時に資料を添付すること。(連絡網、メンテナンス人員、サービス拠点等)

6 提出書類

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター設備・調達課担当へ以下の書類を2部提出すること。

提出期限 令和8年2月12日 午後5時

- ①薬機法第39条の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業・貸与業許可を得ている者であることを証明する書類
- ②カタログ
- ③アフターサービス、メンテナンス体制が整備されていることを証明する書類
- ④その他必要と認めた資料・書類

7 守秘義務

落札者は業務上知り得た病院及び患者の秘密を第三者に漏らしてはならない。

8 その他

- ①接続費用を入札金額に含むこと。
- ②本調達において不明な点は、当院担当者に確認すること。
- ③取扱説明に関する教育訓練は、当センターが指定する日時、場所で行うこと。
- ④本調達物品の日本語版操作マニュアルをファイルまたは印刷物で提供すること。
- ⑤本装置導入に係る送料、設置費用等は全て入札金額に含むこと。

調達物品に備えるべき技術的要件

人工呼吸器 1式調達に係る契約
(性能、機能に関する要件)

1 人工呼吸器は、以下の要件を満たすこと。

	品名	数量
1-1	人工呼吸器 サーボベンチレーターシステム SERVO-n NAVA付 (内訳)	1式
1-1-1	人工呼吸器	SERVO-n
1-1-2	ソフト ハイフローoption n用	Sa-6885304
1-1-3	ソフト NIVオプション n用	Sa-6880540
1-1-4	ソフト Bivent/APRVオプション n用	Sa-6880541
1-1-5	Ediモジュール 60Hz	Sa-6672332
1-1-6	加湿器ホルダー U/n用	Sa-6693735
1-1-7	取付部品 クランプ	Sa-6038801
1-1-8	モバイルカート U/n用	Sa-6693695
1-1-9	専用ボックス U/n/air用	Sa-6693707
1-1-10	ケーブルホルダー U/n/air用	Sa-6693747
1-1-11	Yピースホルダー U/n/air用	Sa-6880548
1-1-12	支持アーム 178	Sa-6693715
1-1-13	ポール直1M	900MR012
1-1-14	MKホース02・K・3	Sa-Mkhose-02K3
1-1-15	MKホースAir・K・3	Sa-Mkhose-AirK3
1-1-16	呼気力セット n用	Sa-6693750
1-1-17	サーボDUOガード 60個入	Sa-6671775-60
1-1-18	Ediカーテ6F49cm新生児ENFit	Sa-6883898
1-1-19	F&P950 加温加湿器	950GJP
1-1-20	F&P950 センサーカードリッジ	950S02
1-1-21	F&P950 呼気側ヒーター ワイヤーアダプター	950X00
1-1-22	F&P950 热線入り回路キット 新生児・デュアル热線	950N81
1-1-23	IntelliBridge EC5 IDモジュール	1
1-1-24	IntelliBridge EC5 IDモジュール接続ケーブル	1
1-1-25	IntelliBridge EC10 Module	1